O‘z DSt 3170 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом стандартизации, метрологии и сертификации (НИИСМС)

2 УТВЕРЖДЕН постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”) от 07.04.2017 № 05-835

3 Взамен O‘z T 51-168:2009

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих стандарта и изменений к ним на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством “Узстандарт”. В случае пересмотра или отмены настоящих стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящих стандарт на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

Содержание

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки..... 1

3 Определения 2

4 Общие положения..... 2

5 Требования к лабораториям..... 3

6 Порядок проведения аттестации..... 4

7 Аннулирование и приостановление свидетельства об аттестации..... 7

8 Аттестация в дополнительной области..... 7

9 Порядок рассмотрения документов при преобразовании, изменении наименования или местонахождения (почтового адреса) юридического лица..... 7

Приложение A Форма заявки на проведение аттестации..... 9

Приложение B Форма области аттестации..... 10

Приложение C (рекомендуемое) Форма акта проверки лаборатории..... 11

Приложение D Форма свидетельства об аттестации..... 13

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЛАБОРАТОРИЯЛАРНИ АТТЕСТАТЛАШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ

Дата введения 07.04.2017

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит рекомендации по проведению аттестации испытательных (измерительных) лабораторий с целью установления необходимых условий для выполнения испытаний (измерений) в заявленной области.

Настоящий стандарт распространяется на лаборатории, не претендующие на аккредитацию.

Настоящий стандарт предназначен для хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящих стандарта были использованы следующие стандарты:

O’z DSt 5.0-98 Национальная система сертификации Республики Узбекистан. Основные положения

O′z DSt 5.5:2009 Национальная система сертификации Республики Узбекистан. Основные термины и определения

O′z DSt ISO/IEC 17025:2007 Система аккредитации Республики Узбекистан. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

O′z DSt 20.000:2002 Система испытаний продукции. Основные положения

O′z DSt 20.501:2008 Система испытаний продукции. Методики испытаний продукции. Порядок разработки, аттестации, утверждения и регистрации

O′z DSt 8.016:2002 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Методики выполнения измерений. Основные положения

O′z DSt 621-94 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

O’z DSt ISO/IEC 17043:2015 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации (ISO/IEC 17043:2015, IDT)

Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан (МЮ РУз 11 октября 2013 г. Регистрационный № 2516)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
8197
son bilan
«05» 04 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

3 Определения

В настоящем стандарте используются следующие основные термины и понятия:

Аттестация – подтверждение наличия условий проведения испытаний (измерений) в лаборатории установленным требованиям и критериям с целью обеспечения единства измерений.

Аттестующая организация – юридическое лицо, выдающее официальные подтверждение наличия условий для осуществления деятельности лаборатории.

Заявитель аттестации - юридические лица, претендующие на аттестацию.

Испытательная лаборатория - лаборатория, которая осуществляет различные виды испытаний (измерений) (далее - "лаборатория").

Критерии аттестации - совокупность требований, которым должен удовлетворять заявитель аттестации.

Объект аттестации - лаборатория.

Область аттестации - конкретные работы в определенной области деятельности по подтверждению соответствия, на выполнение которых подано заявление и (или) предоставлена аттестация.

Свидетельство об аттестации - официальный документ, удостоверяющий наличие в лаборатории условий для проведения испытаний (измерений).

4 Общие положения

4.1 Аттестация лабораторий является подтверждением наличия условий проведения испытаний (измерений) на соответствие требованиям нормативных документов.

4.2 Деятельность аттестованных лабораторий подтверждается на основе официального свидетельства об аттестации.

4.3 В аттестующей организации должен быть назначен представитель руководства, который несет ответственность за организацию работ по:

- регистрации заявок на аттестацию,
- формированию состава комиссии, обеспечение условий ее работы,
- анализу результатов аттестации;
- регистрацию свидетельств об аттестации.

4.4 Аттестующая организация должна иметь утвержденный порядок аттестации, доступный для лабораторий и других заинтересованных организаций.

4.5 Оплата работ по аттестации осуществляется на договорной основе в установленном законодательством порядке.

4.6 Аттестация осуществляется аттестующей организацией в отношении заявителя, обратившегося с заявлением о признании своей компетентности согласно области аттестации лабораторий, а также оплатившего услуги по аттестации в установленном законодательством порядке.

4.7 Критериями для аттестации лабораторий являются:

a) наличие документов, подтверждающих юридический статус заявителя и устанавливающих правила выполнения работ;

b) наличие квалифицированного и прошедшего обучение на специальных курсах по стандартизации и метрологии;

c) нормативные документы на методы испытаний и измерений (технические регламенты или стандарты);

d) производственные помещения и условия окружающей среды, соответствующие требованиям нормативных документов;

e) аттестованное испытательное (измерительное) оборудование и (или) поверенные средства измерения.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5 Требования к лабораториям

5.1 Общие требования

Основные технические требования к аттестованным лабораториям установлены в O’z DSt ISO/IEC 17025, раздел 5. При аттестации лаборатории допускается не применять п.5.4.6 указанного стандарта.

Лаборатории, подлежащие аттестации, должны располагать квалифицированным персоналом, необходимой нормативной документацией, техническим оснащением и помещениями для проведения испытаний (измерений).

5.2 Персонал

5.2.1 Персонал лаборатории должен иметь образование, соответствующее специализации лаборатории, и быть компетентным в части требований к проведению работ, включенных в область аттестации лаборатории. Независимо от вида испытываемой продукции специалистам лаборатории рекомендуется техническая подготовка в следующих областях знаний и видах деятельности:

- эксплуатация и обслуживание средств измерений и испытательного оборудования;
- методы идентификации и отбора образцов с применением статистического анализа;
- математическая обработка результатов измерений и испытаний, методы оценки погрешности;
- анализ результатов испытаний (измерений) и определение отклонений;
- составление протоколов и заключений по результатам испытаний (измерений).

5.2.2 Руководство лаборатории гарантирует компетентность всех, кто работает со специальным оборудованием, проводит испытания и измерения, оценивает результаты и подписывает отчеты о проделанной работе.

5.2.3 Требования, установленные в стандартах для конкретной технической области (например, требования к личной сертификации в области неразрушающего контроля), должны быть учтены.

5.2.4 Специалистам лаборатории рекомендуется систематически повышать свою квалификацию через отраслевые учреждения по повышению квалификации, а также путем индивидуальной самоподготовки по специальным программам с последующей аттестацией в установленном порядке.

5.2.5 Специалисты лаборатории всех категорий должны работать в соответствии с должностными инструкциями, описывающими их функции, права и ответственность по испытаниям (измерениям).

5.3 Документация

5.3.1 В лаборатории должен быть фонд необходимых действующих нормативных документов, устанавливающих:

- требования к испытываемой (измеряемой) продукции;
- методы испытаний и измерений определяемых характеристик;
- правила технической эксплуатации применяемых средств измерений, установок и вспомогательных средств измерений.

При необходимости лаборатория должна располагать аттестованными методиками испытаний по O’z DSt 20.501 и методиками измерений по O’z DSt 8.016 для определения контролируемых характеристик, обеспечивающих требуемую нормативной документацией точность, воспроизводимость и достоверность результатов испытаний и измерений.

Все нормативные документы, относящиеся к работе лаборатории, должны актуализироваться и быть всегда доступными для персонала.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.3.2 Лаборатория в своей деятельности должна использовать методы испытаний (измерений) и методики измерений, которые соответствуют области ее деятельности и отвечают нормам.

5.3.3 Результаты испытаний или измерений должны оформляться в виде протоколов или записей в специальных журналах. Первичные данные наблюдений должны сохраняться в течение установленного срока.

5.3.4 Исполнитель лаборатории подписывает протоколы испытаний или измерений и несет ответственность за объективность и достоверность результатов испытаний и измерений.

5.3.5 В лаборатории должен вестись регистрационный учет и идентификация поступающих на испытания и измерения отобранных образцов.

5.4 Средства измерений и испытательное оборудование

5.4.1 Техническое оснащение лабораторий включает средства измерений, контрольно-испытательное оборудование, средства автоматизации измерений и испытаний и обработки их результатов, стандартные образцы, реактивы, вспомогательные устройства и приспособления, необходимые для проведения работ в соответствии с требованиями, установленными в нормативной документации на методы испытаний (контроля, измерений, анализов).

5.4.2 Все применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование, включая средства измерений для дополнительных измерений (например, окружающих условий), имеющих существенное влияние на точность и достоверность результатов измерений, поверяются, аттестуются и калибруются в соответствие с установленными правилами.

5.4.3 В лабораториях должны иметься инструкции по эксплуатации и управлению всем соответствующим оборудованием.

5.4.4 Если средство измерения или вспомогательное оборудование было подвергнуто перегрузке или неправильному обращению, оказалось с дефектами или предел измерения выходил за установленные нормы, оно выводится из эксплуатации, изолируется и маркируется соответствующей надписью для того, чтобы предотвратить его использование.

5.5 Помещения

5.5.1 Условия в помещениях лабораторий должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах на методы измерений и испытаний, а также требованиям техники безопасности и охраны окружающей среды.

5.5.2 Условия окружающей среды не должны приводить к недостоверным результатам или неблагоприятно сказываться на требуемом качестве любого измерения. Помещения должны быть изолированы от вибрации, шума, загазованности, запыленности, воздействия тепловых источников и электромагнитных полей.

5.5.3 Лаборатория должна контролировать и регистрировать условия окружающей среды в соответствии с техническими требованиями, методиками и процедурами, или если они влияют на качество результатов. Испытания и калибровки должны быть прекращены, если условия окружающей среды подвергают опасности результаты испытаний (измерений).

6 Проведение аттестации

6.1 Аттестация лабораторий проводится согласно порядка, утвержденного в аттестующей организации.

6.2 Аттестация лабораторий включает:

a) подачу заявки на аттестацию, предварительное рассмотрение и принятие решения по заявке;

b) заключение договора на аттестацию лаборатории;

c) экспертизу комплекта документов с оформлением акта экспертизы;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

d) подготовку к оценке объекта аттестации (назначение комиссии, издание приказа, разработка программы оценки на месте);

e) оценку заявителя на месте с оформлением акта обследования лаборатории;

f) анализ материалов экспертизы документов, результатов оценки на месте, эффективности корректирующих действий, выполненных заявителем, подготовка проекта решения;

g) оформление, регистрацию и выдачу свидетельства об аттестации.

Каждый последующий этап аттестации выполняется при положительных результатах предыдущего этапа.

6.3 Заявитель обязан оплатить в соответствии с заключенным договором все расходы, связанные с проведением работ по аттестации, независимо от их результатов.

6.4 Заявитель аттестации, изъявивший желание получить признание своей компетентности в области аттестации, направляет в аттестующую организацию заявку на аттестацию, согласно приложения А.

6.5 К заявке на аттестацию лаборатории прилагаются следующие документы:

a) проект паспорта лаборатории;

b) проект области аттестации;

6.5.1 Паспорт лаборатории оформляется в порядке, установленном агентством «Узстандарт».

6.5.2 Виды испытаний (измерений), проводимых лабораторией, оформляются в виде области аттестации в соответствии с приложением В.

6.5.3 Форма свидетельства об аттестации лаборатории установлена в Приложении D.

6.5.4 Должностные инструкции разрабатываются для каждого специалиста лаборатории и включают функции, требования к качеству проведения работ, а также права и ответственность специалистов.

6.6 По результатам рассмотрения заявки и документов, представляемых на аттестацию, принимается письменное решение о проведении работ по аттестации. Срок принятия решения - 3 дня со дня регистрации заявки.

6.7 Приняв решение по заявке, аттестующая организация обеспечивает проведение экспертизы.

6.8 Экспертиза документов проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения по заявке. Результаты экспертизы оформляются заключением.

6.9 При отрицательном результате экспертизы аттестующая организация уведомляет заявителя об отказе в аттестации по причине его несоответствия критериям аттестации, и дается срок для устранения выявленных замечаний. Данный срок не должен превышать 30 дней.

Уведомление об отказе в аттестации направляется (вручается) заявителю в письменной форме с указанием причин отказа и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения.

В случае устранения заявителем несоответствий, послуживших основанием для отказа в аттестации, повторное рассмотрение документов осуществляется в срок, не превышающий десяти дней со дня получения заявления заявителя со всеми необходимыми документами. За повторное рассмотрение заявления плата не взимается. Заявление, поданное по истечении срока, указанного в уведомлении об отказе в аттестации, считается вновь поданным.

6.10 При положительных результатах экспертизы аттестующая организация формирует комиссию для оценки объекта аттестации на месте.

6.11 Срок проведения аттестации зависит от готовности объекта аттестации, но не должен превышать 180 дней со дня регистрации заявки на аттестацию.

6.12 Комиссия назначается приказом руководителя аттестующей организации. Приказ содержит состав комиссии, цель, дату и сроки проведения оценки на месте. Председатель комиссии может быть аттестован на звание эксперта-аудитора по качеству.

6.13 При формировании комиссии учитывается компетентность, знания и навыки, необходимые для проведения объективной оценки.

© ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6.14 В случае необходимости могут привлекаться технические эксперты. Технические эксперты должны работать под руководством экспертов-аудиторов.

6.15 Члены комиссии должны соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности.

6.16 Обследование лаборатории проводится по программе, утверждаемой руководителем аттестующей организации. Программа должна содержать цель и объекты, объем и содержание работ по проведению обследования лаборатории.

6.17 Председатель комиссии перед началом обследования должен ознакомить руководителя лаборатории с целью и условиями обследования, членами комиссии, а также вручить ему один экземпляр приказа и программы под расписку об их получении.

6.18 При оценке объекта аттестации на месте проверяется соответствие фактического состояния объекта представленным к заявке документам и способность выполнять заявленные функции.

Комиссия проводит оценку соответствия объекта аттестации установленным критериям аттестации в соответствии с планом оценки. При обследовании лаборатории проверяются:

a) обеспеченность лаборатории нормативными документами на методы испытаний (измерений), сроки их действия, своевременность внесения в них изменений;

b) наличие и соответствие, полнота и правильность представления и оформления протоколов испытаний (измерений) в соответствии с областью аттестации лаборатории, система их учета и хранения;

c) соответствие компетентности и квалификации персонала к выполнению возложенных на них функций в лаборатории, принятые действия по повышению квалификации и аттестации персонала, наличие должностных и рабочих инструкций;

d) состояние помещений;

e) соответствие условий проведения испытаний (измерений), параметров опасных и вредных производственных факторов действующим нормам и требованиям безопасности, установленные в стандартах на методы испытаний (измерений);

f) оснащение лаборатории поверенными средствами измерений и аттестованным испытательным (измерительным) оборудованием, другими техническими средствами, а также государственными стандартными образцами, стандартными образцами других категорий, аттестованными смесями, химическими реактивами, состояние метрологического обеспечения лаборатории в целом и его соответствие требованиям методов испытаний (измерений);

g) взаимодействие с аттестующей организацией, с государственными органами управления и контроля, с другими аттестованными или аккредитованными лабораториями, а также выполнение решений аттестующей организации, связанных с деятельностью лаборатории.

6.19 По результатам обследования лаборатории комиссией составляется акт, содержащий общую оценку соответствия лаборатории критериям аттестации, в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю лаборатории, а второй экземпляр остается у председателя комиссии для представления в аттестующую организацию. Акт обследования подписывается всеми членами комиссии и руководителем лаборатории, который в случае несогласия с результатами обследования может изложить свое особое мнение. Форма акта проверки лаборатории установлена в приложении С данного документа.

6.20 Представитель аттестующей организации после проверки всей информации, представленной заявителем, анализирует результаты экспертизы документов, акт оценки, заключения и замечания по акту, представленные мнения заявителя и подготавливает проект решения для рассмотрения руководству аттестующей организацией.

6.21 Руководство аттестующей организацией в течение 5 дней с даты составления акта обследования принимает решение об аттестации либо об отказе в аттестации.

6.22 Решение об аттестации лаборатории принимается при положительных результатах обследования.

6.23 Решение об отказе в аттестации принимается в случае не устранения несоответствий, выявленных в ходе обследования. Срок для устранения несоответствий устанавливается не более одного месяца.

6.24 При условии выполнения лабораторией мероприятий по устранению несоответствий в установленные сроки аттестующая организация по результатам устранения несоответствий принимает решение об отказе выдачи свидетельства об аттестации

O‘zDSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6.25 Лаборатория информируется о принятом решении по результатам обследования в течение 3 дней после вынесения решения.

6.26 Свидетельство об аттестации лаборатории выдается сроком на один год.

6.27 Свидетельство об аттестации регистрируется территориальным управлением стандартизации и метрологии агентства «Узстандарт» в течение 3 дней. Свидетельство об аттестации лаборатории действительно после её регистрации.

6.28 Приложением к свидетельству об аттестации является область аттестации, утвержденная руководителем аттестующей организации.

6.29 Каждый лист области аттестации заверяется подписью и печатью руководителя аттестующей организации.

7 Аннулирование и приостановление свидетельства об аттестации

7.1 Свидетельство об аттестации аннулируется и (или) приостанавливается по заявлению лабораторий.

7.2 Решение об аннулировании или приостановлении действия свидетельства об аттестации лаборатории принимается также в случае нарушения области аттестации лаборатории, а также при не устранении выявленных несоответствий в сроки, установленные в решении аттестующей организации.

7.3 При аннулировании свидетельства об аттестации в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании, владельцу свидетельства об аттестации направляется информационное письмо об аннулировании свидетельства.

8 Аттестация в дополнительной области

8.1 Аттестованные лаборатории, претендующие на расширение своей области аттестации, могут направить в аттестующую организацию заявку на аттестацию в дополнительной области.

8.2 К заявке прилагаются следующие документы:

- дополнение к области аттестации
- дополнение к паспорту.

8.3 Расширение области аттестации проводится в порядке, установленном в разделе 6 данных стандарта.

9 Порядок рассмотрения документов при преобразовании, изменении наименования или местонахождения (почтового адреса) юридического лица

9.1 В случае преобразования, изменения наименования, юридического адреса или местонахождения (почтового адреса) лаборатории обязаны в срок, не превышающий 10 рабочих дней после прохождения перерегистрации, подать заявку в аттестующий орган о прохождении соответствующей процедуры (оформление нового свидетельства об аттестации или повторной аттестации), с приложением оригинала ранее выданного свидетельства об аттестации.

9.2 С момента подачи заявки и до оформления нового свидетельства об аттестации лаборатории осуществляют свою деятельность на основании ранее выданного свидетельства об аттестации.

9.3 При поступлении заявки аттестующий орган самостоятельно получает необходимые документы и информацию, имеющиеся в других государственных органах и иных организациях, посредством информационного взаимодействия в порядке, установленном законодательством..

9.4 В случае, если заявитель не является правопреемником ранее аттестованных испытательных (измерительных) лабораторий, дальнейшая процедура рассмотрения документов проводится в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего стандарта.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

9.5 При изменении местонахождения лаборатории осуществляется повторная их аттестация в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего стандарта.

9.6 Вновь оформленное свидетельство об аттестации выдается аттестующим органом в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘zDSt 8120:2017

Приложение А

Форма заявки на проведение аттестации

Руководителю аттестующей организации

_____

ЗАЯВКА
на аттестацию

1. _____ просит
(наименование заявителя)
провести аттестацию испытательной (измерительной) лаборатории по испытаниям (измерениям)

_____
(объект аттестации)

2. Адрес, телефон, телекс, факс, номер расчетного счета

3. Ф.И.О руководителя

4. Ф.И.О., телефон ответственного сотрудника

Документы, прилагаемые для аттестации:
1. _____
2. _____
3. _____

Оплата гарантируется.

Заявитель _____ _____ _____
(наименование органа) (подпись) (Ф.И.О)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В

Форма области аттестации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
аттестующей организации
_____
(Ф.И.О.)
"____" _____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству об аттестации
N_____
от _____ 20__ г.

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

_____
(наименование и адрес испытательной (измерительной)
лаборатории (центра)

Наименование определяемых характеристик (параметров)	Обозначение нормативного документа на методы испытаний (измерений)
1	2

Примечание 1
При необходимости во первом столбце указывается предел (диапазон) измерений.

Примечание 2
Каждый лист приложения заверяется печатью аттестующей организации

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение С
(рекомендуемое)

Форма акта проверки лаборатории

АКТ ПРОВЕРКИ ЛАБОРАТОРИИ

_____.
наименование лаборатории

В период с “___”_____20__г
по “___”_____20__г

на основании _____
название, номер документа о проведении

_____комиссия в составе:
проверки

Члены комиссии _____
место работы, должности, инициалы, фамилия
провела проверку с целью аттестации _____
наименование
_____
лаборатории, наименование организации, в составе
_____
которой функционирует лаборатория

При проверке установлено:

Текст акта по ниже перечисленным вопросам излагается в произвольной форме. Изложение текста начинать со слов: “При проверке установлено...”

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение приложения С

1 Статус, организационная структура, административная подчиненность, наличие должностных инструкций.

2 Оснащенность и состояние испытательного (измерительного) оборудования и средств измерений.

3 Обеспеченность нормативной, технической и методической документацией

4 Квалификация и опыт работы персонала в данной области испытаний (измерений), состояние проводимой работы по повышению квалификации

5 Условия размещения персонала, испытательного (измерительного) оборудования и средств измерений

6 _____
дополнительные характеристики лаборатории

Комиссия рекомендует _____
замечания и рекомендации комиссии по

_____
устранению недостатков и совершенствованию работы лаборатории

Заключение: _____
рекомендации комиссии в отношении аттестации

_____
лаборатории и уточнения, при необходимости, области аттестации

Председатель комиссии	_____ Подпись	_____ Ф.И.О
Заместитель председателя комиссии	_____ Подпись	_____ Ф.И.О
Члены комиссии	_____ Подпись	_____ Ф.И.О
Секретарь комиссии	_____ Подпись	_____ Ф.И.О

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение D

Форма свидетельства об аттестации

Наименование и адрес аттестующей организации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

№_____

“___”_____ 20___ г

Действительно до“___”_____ 20___ г

Настоящее свидетельство удостоверяет, что _____

_____

_____

наименование лаборатории, адрес

оценена на наличие необходимых условий и соответствует требованиям для выполнения испытаний и измерений.

Область аттестации дана в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель
аттестующей организации _____ _____

Подпись Ф.И.О.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

УДК 380/382:629.7 ОКС 03.120.20

Ключевые слова: аттестация, лаборатория, испытательное (измерительное) подразделение, требования к лаборатории при аттестации

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Заместитель генерального директора	Ж.Г. Мирсаидов
Главный метролог	А.А. Абдукаюмов
Начальник управления аккредитации и инспекционного контроля	Ш.Б. Алимов
Начальник управления технической политики в области подтверждения соответствия и внедрения систем качества	О.З. Тохиров
Начальник управления стандартизации, координации государственного надзора и внедрения информационных технологий	З. Г. Аманов
Директор НИИСМС	А.П. Мустафаев
Заместитель директора по НИР	Д.Ю. Каттаходжаев

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]